

permium III : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

LH : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۱۸۷

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲۶,۳	۴,۸۳۳	۵۸,۱۰۱	۶۲,۹۳۴	۶۷,۷۶۷	۷۲,۶	۷۷,۴۳۳	۸۲,۲۶۶	۸۷,۰۹۹

مقدار	تاریخ
۶۸,۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۶۵,۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۶۷,۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۷۲,۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۷۳,۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۷۲,۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۰

مقدار	تاریخ
۷۰,۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۷۰,۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۷۸,۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۷۲,۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۶۷,۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۶۸,۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۷۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۲

مقدار	تاریخ
۷۴,۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۷۴,۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۷۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۶۸,۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۶۹,۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۷۵,۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۶۸,۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱

CV%: 4.792	SD: 3.406	Mean: 71.075
------------	-----------	--------------

