

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

عنوان آزمایش : LH
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۱

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۰۰۶	۰,۰۷۹	۳,۷۱۲	۳,۷۹۱	۳,۸۷	۳,۹۴۹	۴,۰۲۸	۴,۱۰۷	۴,۱۸۶

مقدار	تاریخ
۳,۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۸
۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۳,۹۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۳,۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳,۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۳,۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۴,۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۹

CV%: 1.933	SD: 0.076	Mean: 3.954
------------	-----------	-------------

