

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل : ۱۳۹۸/۱۲/۰۱

سری ساخت : ۳۳۶۰۱۱۹۱

عنوان آزمایش : LH-CLIA

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sub>۱</sub> -	SD <sub>۲</sub> -	SD <sub>۱</sub> -	MEAN	SD <sub>۱</sub>	SD <sub>۲</sub>	SD <sub>۳</sub>
۱.۸۳۹	۰.۰۸۴	۴.۳۰۱	۴.۳۸۵	۴.۴۶۹	۴.۵۵۳	۴.۶۳۷	۴.۷۲۱	۴.۸۰۵

مقدار	تاریخ
۴.۵۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۴.۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۴.۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۴.۵۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۴.۶۶	۱۳۹۹/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۴.۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۴.۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۴.۴۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۴.۴۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۴.۶۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۴.۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۴.۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۳

مقدار	تاریخ
۴.۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۴.۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۴.۴۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۴.۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۹
۴.۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۰
۴.۵۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
۴.۴۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۳

CV%: 1.964	SD: 0.089	Mean: 4.545
------------	-----------	-------------

