

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : abbot-3

شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

عنوان آزمایش : LH-CLIA

عنوان دستگاه : abbot

سری ساخت : ۳۳۹۰۸۱۹۳

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۳.۶۳	۱.۶۳۱	۴۰.۰۴۴	۴۱.۶۷۵	۴۳.۳۰۶	۴۴.۹۳۷	۴۶.۵۶۸	۴۸.۱۹۹

مقدار	تاریخ
۴۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۳
۴۷.۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۴۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۴۴.۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۴۴.۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۴۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۹
۴۸	۱۳۹۹/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۴۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۴۴.۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۴۷.۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۴۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۴۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۴۶.۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۴۴.۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۴۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۴۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۴۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۴۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۴۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۴۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۴۷.۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۴۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۴۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۴۴.۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۹
۴۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۱

CV%: 2.781	SD: 1.294	Mean: 46.524
------------	-----------	--------------