

عنوان آزمایش : LH-CLIA  
عنوان دستگاه : abbot

سری ساخت : ۳۲۹۰۸۱۹۳

عنوان کنترل : abbot-3  
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
50.242	48.999	47.756	46.513	45.27	44.027	42.784	1.243	2.673

تاریخ	مقدار
12/12/1399	48.2

تاریخ	مقدار
06/12/1399	47
09/12/1399	48
10/12/1399	46
11/12/1399	48

تاریخ	مقدار
02/12/1399	46
03/12/1399	47.6
04/12/1399	48.6
05/12/1399	48.8

Mean: 47.578	SD: 1.037	CV%: 2.179
--------------	-----------	------------

