

## آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل : ۱۳۹۸/۱۲/۰۱

سری ساخت : ۳۳۶۰۱۱۹۱

عنوان آزمایش : LH-CLIA

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۲.۳۶۱	۰.۱۱	۴.۳۳۶	۴.۴۳۶	۴.۶۵۶	۴.۷۶۶	۴.۸۷۶	۴.۹۸۶

مقدار	تاریخ
۴.۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۴.۵۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۴.۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۴.۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۴.۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۷
۴.۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۹
۴.۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۴.۶۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۴.۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۴.۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۴.۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۴.۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۴.۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۴.۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۴.۴۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۰
۴.۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۲

مقدار	تاریخ
۴.۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۴.۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۴.۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۴.۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۴.۴۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۴.۵۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۴.۵۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۴.۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۴.۵۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۱

CV%: 1.636	SD: 0.075	Mean: 4.556
------------	-----------	-------------