

عنوان کنترل : بولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

عنوان آزمایش : Lamotrigin
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۱۲۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۱,۶۲۷	۰,۴۹۷	۲,۷۸۲	۳,۲۷۹	۳,۷۷۶	۴,۲۷۳	۴,۷۷	۵,۲۶۷	۵,۷۶۴

مقدار	تاریخ
۴,۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۸
۵,۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۵,۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۴,۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۵,۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۳
۴,۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳,۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۵,۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۴,۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۳,۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۴,۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۴,۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۹

CV%: 13.825	SD: 0.637	Mean: 4.608
-------------	-----------	-------------

