

عنوان آزمایش : Calprotectin (fecal)
عنوان دستگاه : الیزابدر
سری ساخت : ۰۹۱
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل :
۱۴۰۱/۱۰/۱۲:

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۱.۱۶۴	۱۱.۳۱۵	۶۷.۴۰۲	۷۸.۷۱۷	۹۰.۰۳۲	۱۰۱.۳۴۷	۱۱۲.۶۶۲	۱۲۳.۹۷۷	۱۲۵.۲۹۲

مقدار	تاریخ
۱۰۲.۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۸۹.۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۸۷.۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۲۱.۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۸۳.۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۹۵.۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۹۶.۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۹۸.۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۷

مقدار	تاریخ
۷۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۹۶.۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۸۴.۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۸۷.۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۱۰۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۱

CV%: 11.918	SD: 11.224	Mean: 94.177
-------------	------------	--------------

