

Control II : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴

سری ساخت : ۱۰۴۰۴۵۰

عنوان آزمایش : IGF-1  
عنوان دستگاه : IDS

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۷.۷۵۲	۱۵.۹۰۲	۱۵۷.۴۳۷	۱۷۳.۳۳۹	۱۸۹.۳۳۱	۲۰۵.۱۳۳	۲۲۱.۰۲۵	۲۳۶.۹۳۷	۲۵۲.۸۳۹

مقدار	تاریخ
۲۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۲۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۲۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۲۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۲۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۱

مقدار	تاریخ
۲۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۲۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۲
۲۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۲۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۲۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹
۲۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۲۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۲۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۱

مقدار	تاریخ
۱۸۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۱۸۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۹
۲۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۰
۲۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۱
۱۸۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۱۹۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۱۹۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۲۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۸

CV%: 7.537	SD: 15.587	Mean: 206.81
------------	------------	--------------

