

عنوان کنترل : abbot-1  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۲/۱۸

سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۱

عنوان آزمایش : Insulin  
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۲.۳	۰.۸۱۵	۹.۷۱	۱۰.۵۲۵	۱۱.۳۴	۱۲.۱۵۵	۱۲.۹۷	۱۳.۷۸۵	۱۴.۶

مقدار	تاریخ
۱۲.۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۱۳.۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۱۲.۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۱۳.۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۱۲.۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۱۳.۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۱۳.۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۱۳.۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۱۲.۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۲.۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۲.۹۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱۳.۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۱۳.۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۳.۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۱۲.۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۱۱.۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۱۳.۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۱۲.۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۳.۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۹
۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۱۲.۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۱۲.۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۱۳.۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۱۳.۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۱۲.۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۱

CV%: 5.087	SD: 0.66	Mean: 12.973
------------	----------	--------------

