

عنوان کنترل : perci control I  
شروع کنترل  
۱۴۰۱/۰۴/۱۶:

عنوان آزمایش : PSA  
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰  
سری ساخت : ۵۳۳۹۶۰

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۶.۳۱	۰.۲۱۷	۲.۷۸۹	۳.۰۰۶	۳.۲۲۳	۳.۴۴	۳.۶۵۷	۳.۸۷۴	۴.۰۹۱

مقدار	تاریخ
۳.۶۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۳.۵۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۳.۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۳.۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۳.۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۸
۳.۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۳.۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۳.۵۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۳.۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۱
۳.۴۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۳.۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۳.۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۳.۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۵
۳.۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۳.۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۳.۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۳.۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۰

مقدار	تاریخ
۳.۵۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۱
۳.۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۲
۳.۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
۳.۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۳.۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۳.۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۳.۴۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۸
۳.۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۳.۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۰

CV%: 5.845	SD: 0.201	Mean: 3.442
------------	-----------	-------------

