

عنوان کنترل : perci control I
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۷/۱۸:

سری ساخت : /۵۲۳۹۶۰

عنوان آزمایش : PSA
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۴.۹	۰.۱۷۳	۳.۰۲۱	۳.۱۹۴	۳.۳۶۷	۳.۵۴	۳.۷۱۳	۳.۸۸۶	۴.۰۵۹

مقدار	تاریخ
۳.۳۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۳.۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۳.۵۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۳.۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳.۳۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
۳.۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳.۵۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۹
۳.۶	۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۳.۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۳.۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۳.۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۳.۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۵
۳.۳۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۶
۳.۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۳.۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۳.۲۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۳.۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۱

مقدار	تاریخ
۳.۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۳.۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۳.۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۳.۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۳.۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۳.۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۳.۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۳.۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۳.۵۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۰

CV%: 4.638	SD: 0.159	Mean: 3.437
------------	-----------	-------------

