

عنوان کنترل : abbot-1  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

عنوان آزمایش : PSA  
عنوان دستگاه : abbot  
سری ساخت : //۳۵۷۱۰۲۱۱

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۴۳۸	۰,۰۱۴	۰,۵۳۸	۰,۵۵۲	۰,۵۶۶	۰,۵۸	۰,۵۹۴	۰,۶۰۸	۰,۶۲۲

مقدار	تاریخ
۰,۵۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۰,۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۰,۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۰,۵۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۰,۵۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۰,۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۰,۵۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۰,۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۰,۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۰,۵۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۰,۵۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۰,۵۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۰,۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹

مقدار	تاریخ
۰,۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۰,۵۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۰,۵۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۰,۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۰,۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۰,۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۰,۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۹

CV%: 2.805	SD: 0.016	Mean: 0.578
------------	-----------	-------------

