

abbott-1 عنوان کنترل :
 شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۲/۱۸

عنوان آزمایش : PSA
 سری ساخت: ۳۵۷۱۰۲۱۱
 abbott عنوان دستگاه :

%CV	SD	SDY-	SDY+	SD1-	MEAN	SD1	SDT	SDY
۳.۶	۰.۰۶۱	۰.۴۳۱	۰.۴۹۳	۰.۰۰۳	۰.۶۱۴	۰.۶۷۰	۰.۷۳۶	۰.۷۹۷

مقدار	تاریخ
۰.۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۰.۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۰.۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۰.۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۳

مقدار	تاریخ
۰.۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۰.۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۰.۶۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۰.۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۰.۰۳	۱۴۰۲/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۰.۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۰.۰۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۰.۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳

CV%: 6.58	SD: 0.036	Mean: 0.554
-----------	-----------	-------------

