

عنوان کنترل : abbott-3

شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

عنوان آزمایش : PSA

سری ساخت : ۳۶۷۱۰۲۱۳

عنوان دستگاه : abbott

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۳۸۲	۰,۸۴۷	۲۲,۴۹۹	۲۳,۳۴۶	۲۴,۱۹۳	۲۵,۰۴	۲۵,۸۸۷	۲۶,۷۳۴	۲۷,۵۸۱

مقدار	تاریخ
۲۴,۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۲
۲۵,۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۳
۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۴
۲۵,۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۲۵,۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
۲۵,۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۹
۲۵,۴	۱۴۰۳/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱
۲۵,۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۲
۲۵,۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۳
۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵
۲۴,۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۶
۲۵,۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۷
۲۵,۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۸
۲۴,۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۹
۲۵,۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۰

مقدار	تاریخ
۲۵,۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۱
۲۵,۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۲
۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۳
۲۵,۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۴
۲۴,۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۲۴,۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۶
۲۴,۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۲۴,۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۹
۲۵,۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۰

CV%: 1.894	SD: 0.477	Mean: 25.18
------------	-----------	-------------

