

عنوان کنترل : abbot-3

شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

عنوان آزمایش : PSA

عنوان دستگاه : abbot

سری ساخت : ۳۶۷۱۰۲۱۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۱۶۴	۰,۵۴۶	۲۳,۵۶۵	۲۴,۱۱۱	۲۴,۶۵۷	۲۵,۲۰۳	۲۵,۷۴۹	۲۶,۲۹۵	۲۶,۸۴۱

مقدار	تاریخ
۲۵,۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۳
۲۴,۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۲۵,۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۵
۲۵,۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۷
۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۸
۲۵,۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۹
۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۴,۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۲۵,۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۴
۲۵,۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۵
۲۴,۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۶
۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۷
۲۵,۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۸
۲۵,۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۰
۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۲۴,۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۱
۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۲
۲۵,۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۲۵,۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۶
۲۴,۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۷
۲۴,۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۸
۲۵,۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۰
۲۵,۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۱

CV%: 1.271	SD: 0.32	Mean: 25.183
------------	----------	--------------

