

عنوان کنترل : abbott-3

شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

عنوان آزمایش : PSA

سری ساخت : ۳۶۷۱۰۲۱۳

عنوان دستگاه : abbott

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۳۳۴	۰,۳۳۶	۲۴,۲۰۹	۲۴,۵۴۵	۲۴,۸۸۱	۲۵,۲۱۷	۲۵,۵۵۳	۲۵,۸۸۹	۲۶,۲۲۵

مقدار	تاریخ
۲۴,۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۲
۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۳
۲۵,۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۵
۲۴,۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۶
۲۵,۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۷
۲۵,۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۲۵,۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۲
۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۳
۲۵,۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴
۲۵,۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۵
۲۵,۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۶
۲۴,۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۹
۲۵,۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۰
۲۵,۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۲۴,۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۲۵,۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۲
۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۴
۲۵,۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۵
۲۵,۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۶
۲۵,۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۷
۲۵,۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۸
۲۵,۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۹
۲۴,۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۱

CV%: 0.92	SD: 0.232	Mean: 25.208
-----------	-----------	--------------

