

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

عنوان آزمایش : PSA
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : //۳۵۷۱۰۲۱۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۳۶۲	۰,۰۴۲	۰,۴۴۱	۰,۴۸۳	۰,۵۲۵	۰,۵۶۷	۰,۶۰۹	۰,۶۵۱	۰,۶۹۳

مقدار	تاریخ
۰,۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۳
۰,۵۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۴
۰,۵۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۷
۰,۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸
۰,۵۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰
۰,۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۰,۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۴
۰,۵۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۶
۰,۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۷
۰,۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۸
۰,۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۹
۰,۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۰,۵۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۱

مقدار	تاریخ
۰,۵۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۲
۰,۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۳
۰,۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۴
۰,۵۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۰,۵۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۷
۰,۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۲
۰,۵۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۳

CV%: 4.767	SD: 0.027	Mean: 0.566
------------	-----------	-------------

