

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

عنوان آزمایش : PSA
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : //۳۵۷۱۰۲۱۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۳۸۲	۰,۰۳	۰,۴۷۴	۰,۵۰۴	۰,۵۳۴	۰,۵۶۴	۰,۵۹۴	۰,۶۲۴	۰,۶۵۴

مقدار	تاریخ
۰,۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴
۰,۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۵
۰,۵۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۷
۰,۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۸
۰,۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۹
۰,۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۳۰
۰,۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۰,۵۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۳
۰,۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۴
۰,۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۵
۰,۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۶
۰,۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۷
۰,۵۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۸
۰,۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۰
۰,۵۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۱
۰,۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۲
۰,۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۳

مقدار	تاریخ
۰,۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۱
۰,۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۲
۰,۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۳
۰,۵۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۴
۰,۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۶
۰,۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۷
۰,۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۸
۰,۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۹
۰,۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۰
۰,۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۱

CV%: 3.078	SD: 0.017	Mean: 0.564
------------	-----------	-------------

