

عنوان کنترل : abbott-1
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

عنوان آزمایش : PSA
عنوان دستگاه : abbott
سری ساخت : //۳۵۷۱۰۲۱۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۳۹۸	۰,۰۱۴	۰,۵۲۲	۰,۵۳۶	۰,۵۵	۰,۵۶۴	۰,۵۷۸	۰,۵۹۲	۰,۶۰۶

مقدار	تاریخ
۰,۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۲
۰,۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۳
۰,۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۴
۰,۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۵
۰,۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۶
۰,۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۸
۰,۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۹
۰,۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۰

مقدار	تاریخ
۰,۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
۰,۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۲
۰,۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۴
۰,۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۵
۰,۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۶
۰,۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۷
۰,۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۸
۰,۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۹
۰,۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۱

مقدار	تاریخ
۰,۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۱
۰,۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۲
۰,۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۳
۰,۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۴
۰,۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۵
۰,۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۷
۰,۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۸
۰,۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۹
۰,۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۰

CV%: 1.334	SD: 0.007	Mean: 0.562
------------	-----------	-------------

