

عنوان کنترل : abbott-3

شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

عنوان آزمایش : PSA

عنوان دستگاه : abbott

سری ساخت : ۳۶۷۱۰۲۱۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۶	۱,۷۱۷	۲۰,۴۹۹	۲۲,۲۱۶	۲۳,۹۳۳	۲۵,۶۵	۲۷,۳۶۷	۲۹,۰۸۴	۳۰,۸۰۱

مقدار	تاریخ
۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۷
۲۳,۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۸
۲۵,۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹
۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۳
۲۵,۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۴
۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵

مقدار	تاریخ
۲۴,۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۵
۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶
۲۵,۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۷
۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۹
۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۰
۲۶,۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۱
۲۶,۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۲
۲۵,۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۳
۲۴,۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۴
۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۶

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۱
۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۲
۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۶
۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۷
۲۵,۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۸
۲۶,۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۹
۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۰
۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۲
۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۳
۲۶,۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۴

CV%: 4.205	SD: 1.057	Mean: 25.137
------------	-----------	--------------

