

abbott-3 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

PSA : عنوان آزمایش :  
سری ساخت : ۳۶۷۱۰۲۱۳  
abbott : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۴۲۵	۱,۱۱۱	۲۱,۷۸۴	۲۲,۸۹۵	۲۴,۰۰۶	۲۵,۱۱۷	۲۶,۲۲۸	۲۷,۳۳۹	۲۸,۴۵

مقدار	تاریخ
۲۴,۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۲
۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۴
۲۵,۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۵
۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۷
۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۲۶,۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۹

مقدار	تاریخ
۲۴,۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲
۲۴,۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳
۲۴,۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۴
۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۷
۲۵,۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۸
۲۴,۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۹
۲۴,۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۰
۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۱

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۳
۲۵,۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۴
۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵
۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶
۲۴,۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۷
۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۸
۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۰
۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۱

CV%: 2.906	SD: 0.727	Mean: 25.005
------------	-----------	--------------

