

عنوان آزمایش : PAPP-A-CLIA
عنوان دستگاه : simense
عنوان کنترل : randox III
سری ساخت : MS-2V۴۶۲
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

%CV	SD	SD۲-	SD۲-	SD۱-	MEAN	SD۱	SD۲	SD۲
۶.۰۱	۰.۹۲۸	۱۲.۶۵۶	۱۳.۵۸۴	۱۴.۵۱۲	۱۵.۴۴	۱۶.۳۶۸	۱۷.۲۹۶	۱۸.۲۲۴

مقدار	تاریخ
۱۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۱۵.۳	۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۱۶.۲	۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۵.۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۱۵.۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۱۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۱۵.۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۶.۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۱۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۴.۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۵
۱۵.۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۶
۱۶.۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۴.۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۸
۱۵.۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۹
۱۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۱

CV%: 3.846	SD: 0.595	Mean: 15.467
------------	-----------	--------------

