

عنوان کنترل : randox III

شروع کنترل : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

سری ساخت : MS-2۷۴۶۲

PAPP-A-CLIA

simense

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۴.۹۹۵	۰.۷۷۵	۱۳.۱۸۲	۱۳.۹۵۷	۱۴.۷۳۳	۱۵.۵۰۷	۱۶.۲۸۲	۱۷.۰۵۷	۱۷.۸۳۳

مقدار	تاریخ
۱۴.۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۱۵.۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۱۵.۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۱۶.۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۱۶.۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۱۶.۳	۱۴۰۰/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۴.۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۶.۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۱۴.۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۱۵.۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۱۶.۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۵.۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۵.۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۵.۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۱۶.۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۶.۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۶.۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۱۴.۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۱۵.۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۵.۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۱۵.۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۱۵.۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۱

CV%: 4.178	SD: 0.655	Mean: 15.667
------------	-----------	--------------

