

randox III : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

سری ساخت : MS-2V۴۶۲

PAPP-A-CLIA

: عنوان آزمایش :

simense

: عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۳.۹۶۳	۰.۶۲۱	۱۳.۸۰۷	۱۴.۴۲۸	۱۵.۰۴۹	۱۵.۶۷	۱۶.۲۹۱	۱۶.۹۱۳	۱۷.۵۲۳

مقدار	تاریخ
۱۶.۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۴
۱۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۵
۱۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۶
۱۴.۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۷
۱۵.۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۱۶.۳	۱۴۰۰/۰۳/۳۰
۱۵.۵	۱۴۰۰/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۱
۱۶.۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۱۵.۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۳
۱۴.۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۷
۱۵.۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۸
۱۶.۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۱۶.۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۰
۱۶.۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۲
۱۵.۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۵.۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۱
۱۴.۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۱۵.۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۱۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۱۵.۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۱۵.۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۱۵.۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۱۵.۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۱۶.۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۰

CV%: 3.239	SD: 0.511	Mean: 15.776
------------	-----------	--------------

