

راندوم III : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

MS-2۷۴۶۲ : سری ساخت

PAPP-A-CLIA : عنوان آزمایش :

simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۲.۴۸۲	۰.۳۹۵	۱۴.۷۳۵	۱۵.۱۳	۱۵.۵۲۵	۱۵.۹۲	۱۶.۳۱۵	۱۶.۷۱	۱۷.۱۰۵

مقدار	تاریخ
۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۱۵.۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۱۵.۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۱۶.۲	۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۱۵.۲	۱۴۰۰/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۵.۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۱۶.۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۱۶.۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۱۶.۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۵.۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۳
۱۵.۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۵
۱۵.۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۱۵.۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۱۶.۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۱۶.۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۱

CV%: 2.67	SD: 0.423	Mean: 15.858
-----------	-----------	--------------

