

عنوان کنترل : randox I  
شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

سری ساخت : ۷۹۴۲

عنوان آزمایش : PAPP-A-CLIA  
عنوان دستگاه : simense

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۵.۲۱۳	۰.۰۸۱	۱.۲۷۸	۱.۳۵۹	۱.۴۴	۱.۵۲۱	۱.۶۰۲	۱.۶۸۳	۱.۷۶۴

مقدار	تاریخ
۱.۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۱.۴۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۱.۴۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۱.۵۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۱.۶۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۹
۱.۶۸	۱۴۰۰/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۱.۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۱.۵۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۱.۶۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۱.۶۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۱.۷۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۱.۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۱.۵۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۱.۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۱.۵۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۳

مقدار	تاریخ
۱.۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۱.۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۱.۶۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۱.۵۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۱.۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۶
۱.۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۱.۶۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۰
۱.۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۱.۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۲

CV%: 8.256	SD: 0.127	Mean: 1.535
------------	-----------	-------------

