

maternal control I : عنوان کنترل : PAPP-A : عنوان آزمایش :
 شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ : سری ساخت : ۷۹۴۲ : simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۲	۰.۱۲۳	۱.۱۲۱	۱.۲۴۴	۱.۳۶۷	۱.۴۹	۱.۶۱۳	۱.۷۳۶	۱.۸۵۹

مقدار	تاریخ
۱.۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۰

مقدار	تاریخ
۱.۲۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۳
۱.۵۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۵

مقدار	تاریخ
۱.۵۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۴
۱.۳۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۲

CV%: 10.83	SD: 0.158	Mean: 1.462
------------	-----------	-------------

