

maternal control I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۱/۰۵/۰۹:

PAPP-A : عنوان آزمایش :  
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۳۷۸۹۶۷

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۲.۲	۰.۳۶۳	۴.۱۱۱	۴.۴۷۴	۴.۸۳۷	۵.۲	۵.۵۶۳	۵.۹۲۶	۶.۲۸۹

مقدار	تاریخ
۵.۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۲

مقدار	تاریخ
۵.۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۵.۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۹

مقدار	تاریخ
۵.۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۲

CV%: 4.68	SD: 0.249	Mean: 5.32
-----------	-----------	------------

