

maternal control II : عنوان کنترل :  
شروع کنترل :  
۱۴۰۱/۰۵/۰۹:

PAPP-A : عنوان آزمایش :  
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۳۷۸۹۶۹

%CV	SD	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۲.۲	۰.۱۸	۲.۰۱	۲.۱۹	۲.۳۷	۲.۵۵	۲.۷۳	۲.۹۱	۳.۰۹

مقدار	تاریخ
۲.۶۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۴

مقدار	تاریخ
۲.۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۲.۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۲

مقدار	تاریخ
۲.۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۲.۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۵

CV%: 5.976	SD: 0.153	Mean: 2.564
------------	-----------	-------------

