

راندوکس II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۸/۱۲

PAPP-A : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ms۷۷۹۶

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۱۲	۰.۶	۵.۳	۵.۹	۶.۵	۷.۱	۷.۷	۸.۳	۸.۹

مقدار	تاریخ
۸.۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۷.۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۳

مقدار	تاریخ
۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۸.۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۷.۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۶
۶.۹۷	۱۴۰۱/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۸.۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۵
۷.۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
۸.۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۷.۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۸

CV%: 6.815	SD: 0.525	Mean: 7.711
------------	-----------	-------------

