

maternal control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

PAPP-A : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :
سری ساخت : MS۸۱۵۲

| %CV | SD | SD ^{۳-} | SD ^{۲-} | SD ^{۱-} | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|-------|------------------|------------------|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۴,۸۷۶ | ۰,۰۷۹ | ۱,۳۸۶ | ۱,۴۶۵ | ۱,۵۴۴ | ۱,۶۲۳ | ۱,۷۰۲ | ۱,۷۸۱ | ۱,۸۶ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱,۴۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
| ۱,۵۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
| ۱,۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
| ۱,۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱,۵۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
| ۱,۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
| ۱,۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
| ۱,۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
| ۱,۵۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱,۵۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
| ۱,۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
| ۱,۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
| ۱,۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
| ۱,۳۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |

| | | |
|------------|-----------|-------------|
| CV%: 5.556 | SD: 0.087 | Mean: 1.564 |
|------------|-----------|-------------|

