

maternal control I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۷/۱۹

PAPP-A : عنوان آزمایش :  
simense : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : MS۸۱۵۲

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۶,۰۳۳	۰,۰۹۷	۱,۳۱۳	۱,۴۱	۱,۵۰۷	۱,۶۰۴	۱,۷۰۱	۱,۷۹۸	۱,۸۹۵

مقدار	تاریخ
۱,۴۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱,۵۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۱,۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱,۵۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱,۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۱,۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۱,۶۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۱
۱,۴۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۲
۱,۶۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۱,۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۱,۴۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۵

مقدار	تاریخ
۱,۶۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۱,۵۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۱,۶۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۱,۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۱,۴۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۱,۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۱,۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۱

CV%: 6.95	SD: 0.107	Mean: 1.543
-----------	-----------	-------------

