

Maternal control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۲/۰۹

PAPP-A : عنوان آزمایش :
سری ساخت : ۳۷۸۹۶۷ : عنوان دستگاه :
E411 کوباس

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۲	۰,۳۶۳	۴,۱۱۱	۴,۴۷۴	۴,۸۳۷	۵,۲	۵,۵۶۳	۵,۹۲۶	۶,۲۸۹

مقدار	تاریخ
۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۹

مقدار	تاریخ
۵,۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۵,۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۵,۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۵,۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۵,۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۵,۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۵,۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۵,۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۳

CV%: 5.404	SD: 0.291	Mean: 5.378
------------	-----------	-------------

