

راندوم II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۱۱/۱۵

سری ساخت : ۸۱۵۳

PAPP-A : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۷.۰۲۴	۰.۵۶۴	۶.۳۳۵	۶.۸۹۹	۷.۴۶۳	۸.۰۲۷	۸.۵۹۱	۹.۱۵۵	۹.۷۱۹

مقدار	تاریخ
۸.۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۸.۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۸.۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۶.۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۸.۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۷.۴۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۸.۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۸.۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۹.۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۸

مقدار	تاریخ
۷.۸۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۷.۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۷.۹۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۸.۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۷.۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۷.۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۸.۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۸

CV%: 7.577	SD: 0.622	Mean: 8.203
------------	-----------	-------------

