

عنوان آزمایش : PAPP-A
عنوان دستگاه : simense

MS سری ساخت : ۸۱۵۳

عنوان کنترل : Maternal Control II
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
9.861	9.204	8.547	7.89	7.233	6.576	5.919	0.657	12

تاریخ	مقدار
04/02/1403	8.4

تاریخ	مقدار
30/01/1403	8
02/02/1403	6.8

تاریخ	مقدار
27/01/1403	7.2
29/01/1403	7.3

Mean: 7.54	SD: 0.647	CV%: 8.575
------------	-----------	------------

