

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

maternal car 3 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۹/۱۵:

سری ساخت : -/۳۹۴۵۴۰

PAPP-A-CLIA : عنوان آزمایش :
elecsys : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۲.۲	۰.۰۱۷	۰.۲۰۹	۰.۲۲۶	۰.۲۶	۰.۲۷۷	۰.۲۹۴	۰.۳۱۱

مقدار	تاریخ
۰.۲۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۹
۰.۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۰
۰.۲۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
۰.۲۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۰.۲۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۰.۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۰.۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۰.۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۰

مقدار	تاریخ
۰.۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۰.۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۷
۰.۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۰.۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۰.۲۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۰.۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۰.۲۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۴
۰.۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۰.۲۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۰.۲۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۸

مقدار	تاریخ
۰.۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۰.۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۰.۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۰.۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۰.۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۰.۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۰
۰.۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۰.۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۰.۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۰.۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۵

CV%: 4.382	SD: 0.011	Mean: 0.261
------------	-----------	-------------