

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

عنوان آزمایش : Phenytoin
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۱۲۳

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۵۷۷	۰,۴۳۳	۴,۴۱۸	۴,۸۵۱	۵,۲۸۴	۵,۷۱۷	۶,۱۵	۶,۵۸۳	۷,۰۱۶

مقدار	تاریخ
۶,۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۸
۵,۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۵,۳	۱۴۰۳/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۵,۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۶,۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۳
۵,۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۶,۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵,۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۵,۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۶,۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۵,۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۶
۶,۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۶,۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۹

CV%: 8.127	SD: 0.482	Mean: 5.931
------------	-----------	-------------

