

عنوان کنترل : ABBOTT-1  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۹/۱۸:

سری ساخت : ۳۴۳۱۲۲۰۱

عنوان آزمایش : Progesterone CLIA  
عنوان دستگاه : ABBOTT

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۵.۶	۰.۰۸۲	۰.۵۷۸	۰.۶۶	۰.۸۲۴	۰.۹۰۶	۰.۹۸۸	۱.۰۷

مقدار	تاریخ
۰.۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۰.۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۰.۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۰.۹۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۰.۹۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۰.۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۰.۹۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۰.۹۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۰.۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۰.۹۵	۱۴۰۰/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۸۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۰.۹۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۵
۰.۹۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۰.۸۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۷
۰.۹۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۰.۹۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۰.۹۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۰.۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۰.۹۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۰.۹۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۰.۹۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۰.۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۰.۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۹

مقدار	تاریخ
۰.۹۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۰.۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۰.۹۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۰.۹۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۰.۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۰.۹۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۴
۰.۹۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۰.۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۰.۹۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۰.۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۰.۹۸	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۰.۹۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۰.۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۲

CV%: 6.159	SD: 0.057	Mean: 0.919
------------	-----------	-------------

