

عنوان کنترل : ABBOTT-1  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۲/۰۱:

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱

عنوان آزمایش : Progesterone CLIA  
عنوان دستگاه : ABBOTT

%CV	SD	SD <sub>۲</sub> -	SD <sub>۲</sub> -	SD <sub>۱</sub> -	MEAN	SD <sub>۱</sub>	SD <sub>۲</sub>	SD <sub>۲</sub>
۵.۶	۰.۰۸۹	۰.۶۲۶	۰.۷۱۵	۰.۸۰۴	۰.۸۹۳	۰.۹۸۲	۱.۰۷۱	۱.۱۶

مقدار	تاریخ
۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۰.۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۰.۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۰.۸۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۰.۸۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۰.۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۰.۹۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۰.۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۰.۸۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۰.۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۰.۹۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۱.۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۰.۹۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۰.۸۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۰.۹۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۱

CV%: 6.147	SD: 0.058	Mean: 0.945
------------	-----------	-------------

