

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۲/۰۱:

سری ساخت : ۲۳۴۰۲۲۰۱

Progesterone CLIA : عنوان آزمایش :
ABBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۲.۳۶	۰.۰۳۳	۰.۸۸۴	۰.۹۱۷	۰.۹۵	۰.۹۸۳	۱.۰۱۶	۱.۰۴۹	۱.۰۸۲

مقدار	تاریخ
۰.۹۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۰.۹۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۰.۹۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۰.۹۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۰.۹۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۰.۹۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۹

مقدار	تاریخ
۰.۹۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۰.۹۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۰.۹۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۰.۹۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۹
۰.۹۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۰.۹۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۰.۹۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۲

مقدار	تاریخ
۰.۹۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۰.۹۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۰.۹۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۰.۹۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۰.۹۹	۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۰.۹۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۱

CV%: 2.299	SD: 0.022	Mean: 0.964
------------	-----------	-------------

