

عنوان کنترل : ABBOTT-1
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۲/۰۱:

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱

عنوان آزمایش : Progesterone CLIA
عنوان دستگاه : ABBOTT

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۲.۴۰۸	۰.۰۲۳	۰.۸۹۷	۰.۹۲	۰.۹۶۶	۰.۹۸۹	۱.۰۱۲	۱.۰۳۵

مقدار	تاریخ
۰.۹۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۰.۹۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۱.۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۹
۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۹۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۰.۹۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۰.۹۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۰.۹۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۰.۹۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۰.۹۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۰.۹۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۰.۹۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۰.۹۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۰.۹۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۰.۹۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۰.۹۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۰.۹۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۰.۹۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۶
۰.۹۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۰.۹۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۰.۹۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۰
۰.۹۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۱

CV%: 2.643	SD: 0.026	Mean: 0.965
------------	-----------	-------------

