

عنوان کنترل : Universal I
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۸/۲۸:

سری ساخت : ۵۵۸۰۱۲--

عنوان آزمایش : Progesterone
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۷۵۴	۰.۴۵۳	۶.۵۱۲	۶.۹۶۵	۷.۴۱۸	۷.۸۷۱	۸.۳۲۴	۸.۷۷۷	۹.۲۳

مقدار	تاریخ
۸.۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۷.۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۷.۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۸.۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۷.۸۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۸.۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۸.۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۷
۷.۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
۷.۷۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۷.۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۷.۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۷.۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۷.۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۷.۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۷.۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۴
۷.۴۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۸.۵۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۸.۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۸.۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۸.۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۳

CV%: 4.313	SD: 0.343	Mean: 7.95
------------	-----------	------------

