

عنوان کنترل : ABBOTT-1
شروع کنترل
۱۴۰۱/۱۱/۱۸:

سری ساخت : ۳۵۰۰۶۲۱۱

عنوان آزمایش : Progesterone
عنوان دستگاه : ABBOTT

%CV	SD	SD _۲ -	SD _۲ -	SD _۱ -	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۲
۵.۶	۰.۰۹۲	۰.۶۳۸	۰.۷۳	۰.۸۳۲	۰.۹۱۴	۱.۰۰۶	۱.۰۹۸	۱.۱۹

مقدار	تاریخ
۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۴
۱.۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۷

مقدار	تاریخ
۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۰.۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۷
۰.۸۹	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۰.۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۰.۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲
۰.۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۳

مقدار	تاریخ
۰.۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۰.۹۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۰.۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۰.۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۰.۹۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۰.۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۵

CV%: 6.119	SD: 0.057	Mean: 0.924
------------	-----------	-------------

