

عنوان کنترل : ABBOTT-1
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۹/۱۸:

سری ساخت : ۳۴۳۱۲۲۰۱

عنوان آزمایش : Progesterone CLIA
عنوان دستگاه : ABBOTT

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۳.۵۸۴	۰.۰۳۲	۰.۷۸۸	۰.۸۲	۰.۸۸۴	۰.۹۱۶	۰.۹۴۸	۰.۹۸

مقدار	تاریخ
۰.۸۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۹
۰.۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۰
۰.۸۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۱
۰.۸۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۰.۸۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۰.۸۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۰.۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۱
۰.۸۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۰.۸۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۰.۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۷
۰.۸۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۰.۸۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۱
۰.۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۰.۹۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۵
۰.۸۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
۰.۸۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
۰.۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۸

CV%: 3.081	SD: 0.027	Mean: 0.868
------------	-----------	-------------

