

ABBOTT-3 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۱/۰۵/۰۹:

سری ساخت : ۳۴۳۱۲۲۰۳

Progesterone : عنوان آزمایش :  
ABBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۳.۹	۱.۷۱۷	۲۰.۵۹۹	۲۲.۳۱۶	۲۴.۰۳۳	۲۵.۷۵	۲۷.۴۶۷	۲۹.۱۸۴	۳۰.۹۰۱

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۲۴.۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۸
۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۲۳.۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۲۶.۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۲۴.۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۲
۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۴
۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۷
۲۲.۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۰

مقدار	تاریخ
۲۲.۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۰
۲۴.۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۲۳.۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۱
۲۳.۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۲
۲۵.۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
۲۵.۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۲۴.۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۸
۲۳.۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۲۵.۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۰
۲۳.۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۲۳.۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۴

مقدار	تاریخ
۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۲۲.۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۰
۲۲.۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۲۴.۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۲۲.۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۲۵.۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۴
۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۲۵.۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۲۳.۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۷
۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۹

CV%: 4.525	SD: 1.094	Mean: 24.177
------------	-----------	--------------

