

عنوان کنترل : Universal I
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۸/۲۸:

سری ساخت : ۵۵۸۰۱۲--

عنوان آزمایش : Progesterone
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۵.۱	۰.۵۳	۵.۹۷	۶.۵	۷.۵۶	۸.۰۹	۸.۶۲	۹.۱۵

مقدار	تاریخ
۸.۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۸.۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۸.۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۸.۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۷.۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
۷.۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۷.۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۹
۷.۴۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۷.۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۷.۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۷.۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۷.۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۸.۳۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۸.۳۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۵
۷.۴۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۶
۸.۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۸.۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۸.۴۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۷.۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۷.۷	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۷.۹۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۸.۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۸.۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۸.۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۷.۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۷.۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۷.۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۸

CV%: 5.754	SD: 0.453	Mean: 7.871
------------	-----------	-------------

