

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۱۱/۱۸:

سری ساخت : ۳۵۰۰۶۲۱۱

Progesterone : عنوان آزمایش :
ABBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD _{۲-}	SD _{۲-}	SD _{۱-}	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۲
۶.۷۸۵	۰.۰۶۵	۰.۷۶۹	۰.۸۳۴	۰.۸۹۹	۰.۹۶۴	۱.۰۲۹	۱.۰۹۴	۱.۱۵۹

مقدار	تاریخ
۱.۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۹
۰.۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۱.۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۱.۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۰.۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۰.۹۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۷
۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
۱.۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۱.۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۷
۱.۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۱.۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۰

CV%: 5.585	SD: 0.056	Mean: 1.002
------------	-----------	-------------

