

Permium III : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

Progesterone : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۱۸۷

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۹,۱۱۵	۲,۲۲	۱۷,۶۹۲	۱۹,۹۱۲	۲۲,۱۳۲	۲۴,۳۵۲	۲۶,۵۷۲	۲۸,۷۹۲	۳۱,۰۱۲

مقدار	تاریخ
۲۳,۲	۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۶,۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۲۲,۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۲۳,۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۲۳,۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۲۴,۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۲۳,۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۲۷,۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۰

CV%: 8.947	SD: 2.135	Mean: 23.867
------------	-----------	--------------

