

Permium III : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

Progesterone : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۱۸۷

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۸,۹۶۳	۲,۱۷	۱۷,۶۹۷	۱۹,۸۶۷	۲۲,۰۳۷	۲۴,۲۰۷	۲۶,۳۷۷	۲۸,۵۴۷	۳۰,۷۱۷

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۲۳,۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۲۲,۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۵,۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۲۵,۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۲۲,۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۲۵,۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۹

CV%: 6.188	SD: 1.477	Mean: 23.872
------------	-----------	--------------

